

小号硅胶 5000 垫片

硅胶 5000 系列垫片



特点和优势

- 激光蚀刻批号，实现完全的材料可追溯性（也提供非激光蚀刻型号）
- 设计符合 ASME-BPE 标准
- 符合 USP VI 级标准且不含动物源成分 (ADCF)
- 符合 FDA 法规 CFR 21 177.2600
- 伽马辐照稳定且可高压湿热灭菌
- 低可提取物水平
- 双层包装，热封




技术规格

	小号硅胶 5000 垫片
垫片类型	非法兰型
内径范围	10.9 - 16 mm (0.43 - 0.63 in)
外径范围	21.6 mm (0.85 in)
尺寸	0.5, 0.75 in
数量	25 PCS
认证与合规	ADCF, ISO 10993, ISO 7 级, USP <788>, USP <85>, USP <87>, USP VI 级, 欧洲药典3.1.9
工作温度范围	-55 °C 至 210 °C (-67 °F 至 410 °F)
保存期限	5 年
伽马稳定性	最大 50 kGy

主要材料

	小号硅胶 5000 垫片
材料	铂金硫化硅胶



BioPure 高纯度铂金硫化硅胶垫片 — 激光蚀刻				
零件号	尺寸 (英寸)	外径 (英寸) (A)	内径 (英寸) (B)	数量
5001.0050.025	1/2	0.85 (21.6)	0.43 (10.9)	25
5001.0075.025	3/4	0.85 (21.6)	0.63 (16.0)	25
BioPure 高纯度铂金硫化硅胶垫片				
零件号	尺寸 (英寸)	外径 (英寸) (A)	内径 (英寸) (B)	数量
5201.0050.025	1/2	0.85 (21.6)	0.43 (10.9)	25
5201.0075.025	3/4	0.85 (21.6)	0.63 (16.0)	25

免责声明: Watson-Marlow Limited 保留对规格数据作出改动的权利, 不再另行通知, 如有需求, 请联系具体技术人员。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Watson-Marlow 和 WMArchitect 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube Applicator 和 Q-clamp 是 BioPure Technology Limited 的商标。Tri-Clamp 是 Alfa Laval Corporate AB 的注册商标。

wmfts.com/global



05 November 2025